

ПУТ 53-2017-UNDP-UKR-ITB-HP

Закупка лекарственных средств и медицинских изделий для лечения граждан, которые страдают буллёзным эпидермолизом для Национальной программы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения (МЗ) в Украине

Вопросы и ответы по результатам предварительной конференции, проведенной 28 августа 2017 года в офисе ПРООН в Киеве

Уважаемые участники, обратите внимание ещё раз на следующие вопросы при подаче заявок:

1. Крайний срок подачи заявок:

1. ПУТ 53-2017-UNDP-UKR-ITB-HP - 11 сентября 2017 года, 10:00 по киевскому времени, включительно.

2. Подача заявки - электронная, по электронной почте: tenders.ua@undp.org

3. Вместе с установленными документами участник должен предоставить электронную скан копию Гарантии тендерной заявки (Банковской гарантии) в размере 10 000 долларов США для Заявки для одного или нескольких Лотов, если общая сумма Заявки составляет от 200 000,00 долларов США до 399 999,99 долларов США или в размере 20 000 долларов США для Заявки для одного или нескольких Лотов, если общая сумма Заявки составляет от 400 000,00 долларов США до 599 999,99 долларов США или в размере 30 000 долларов США, если общая сумма Заявки составляет более 600 000,00 долларов США.

№	Вопрос	Ответ
1.	Вопрос касательно заключения Долгосрочного договора (ДД): он будет заключать полотно или касаться всех лотов, предложенных Поставщиком?	Прежде всего, ДД планируется для бесконкурентных продуктов, но не только. Другие варианты могут быть рассмотрены по результатам оценки.
2.	Когда мы узнаем о возможности заключения ДД? Будем ли мы иметь определенную информацию к 31 октября 2017 года?	В результате оценки, если ПРООН найдет заключение ДД возможным и разумным, вам будет предложено рассмотреть этот вариант, а также стандартный Заказ на Закупку (ЗЗ) / Purchase Order (PO).
3.	Что подразумевается под «достаточными полномочиями» согласно пункту 35 Инструкции для участников тендера?	Сотрудник компании, уполномоченный ставить подпись на официальных документах в соответствии с Уставом или любыми другими установочными документами компании.
4.	Вопрос касательно Ожидаемой даты поставки согласно Приложению 4. Пожалуйста, подтвердите, что в случае нескольких поставок мы можем указать формулировку: «согласно плану поставок»?	Вы можете использовать эту формулировку, если вы планируете отдельно предоставить план поставок. Если нет, пожалуйста, перечислите все поставки и их даты (периоды) в колонке «Ожидаемая дата поставки»

5.	Приемлемо ли придерживаться количества недель, а не дней, указывая график поставок, например, первая поставка планируется на Неделе 1?	Да, приемлемо.
6.	Вопрос касает поставки на протяжении 4 месяцев: мы должны отправить или доставить продукты на протяжении 4 месяцев?	Продукты должны быть доставлены не позднее, чем через 4 месяца после подписания контракта.
7.	Вопрос касает временных рамок для доставки медицинских продуктов (лоты 3-15), который может обсуждаться с победителем тендера. Может ли МЗ отклонить предлагаемый график поставок?	Вам предлагается подать заявку на поставку продуктов в течение 4 месяцев после подписания контракта. В момент заключения 33 любой конкретный график поставки может обсуждаться отдельно.
8.	Существует ли ограничение минимального количества, которое должно быть доставлено в рамках одной (частичной) в случае нескольких частичных поставок?	Нет, при поставке одного лота / позиции может быть не более трех поставок, но объем одной частичной поставки не ограничен.
9.	Если представленный продукт не входит в список медицинских изделий, которые должны быть задекларированы / сертифицированы в соответствии с действующим законодательством, можем ли мы предоставить документ, подтверждающий это?	Да, это может быть любой документ от уполномоченного органа, подтверждающий, что продукт не подлежит сертификации / декларации.
10.	Ссылка на «Этический кодекс для поставщиков» не работает в пункте 8, стр. 6.	Действующая ссылка приведена ниже: http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf
11.	Форма технического описания заявки – Раздел 7, Подраздел 3.3. Персонал: мы предоставляем резюме только одного контактного лица? Должны ли мы предоставить резюме отдельно или в этой форме.	Да, вы должны предоставить резюме руководителя группы, главного контактного лица для координации с ПРООН. Вы можете отправить резюме отдельно, но мы предпочитаем, чтобы оно было включено в эту форму согласно предоставленному шаблону.
12.	В разделе 5 Форма тендерной заявки 120 дней дублируется, можем ли мы удалить это во время подготовки Заявки («Мы согласны придерживаться настоящей тендерной заявки в течение 120 дней120 дней»)?	Да, можете. Это опечатка.
13.	Если у нас есть копия действительного регистрационного свидетельства для конкретного продукта, выданного Министерством здравоохранения Украины, мы предоставляем Гарантийное письмо?	Да, Гарантийное письмо (Приложение 2) предоставляется в случае, если вы подаете продукт, который не сертифицирован (отсутствует декларация о соответствии) на момент подачи заявки.
14.	Если некоторые требования, указанные в Разделе 4 (Критерии для присуждения контракта и список требуемых документов),	Вы можете оставить поля пустыми или указать «N/A», это упростит оценку.

	не применимы для нас, мы должны оставить поля пустыми или указать «N/A»?	
15.	Вопросы касательно Условий оплаты: можем ли мы указывать 60 дней нетто в нашем внутреннем инвойсе, так как ваш платеж обычно занимает больше 30 дней, и это проблема для нашей системы учёта.	Вы можете указать условия оплаты в течение 60 дней нетто в вашем внутреннем инвойсе.
16.	Требуется ли Гарантия тендерной заявки для Тендерной заявки, суммарно не превышающей 200,000.00 долларов США?	Нет, Гарантия тендерной заявки не требуется, если Ваша Тендерная заявка суммарно не превышает 200,000.00 долларов США.
17.	Сколько образцов продуктов должно быть предоставлено?	Разумное (с точки зрения количества) количество образцов, которые могут быть запрошены (не обязательно) во время оценки в случае, если Вы заявляете эквивалентные продукты.
18.	Утверждение об отклонениях эквивалентных продуктов (согласно Приложению 4), что мы должны в нём указать?	Вы должны указать любые отклонения от брендового продукта (размер, химический состав и т. п.)
19.	Касательно Сертификата СМК (ISO), если он действителен до 1 года, означает ли это, что он истекает через короткий период после Подачи тендерной заявки?	Сертификат СМК/ISO должен быть действителен на момент Подачи тендерной заявки, если срок его действия истекает, пожалуйста, предоставьте письмо о том, что его планируется продлить до истечения срока его действия.
20.	По некоторым лотам мы видим некратные количества, как нам предоставлять нашу Заявку, если у нас будет кратная упаковка.	Пожалуйста, укажите цену за 1 единицу, не меняя объявленного количества, мы сделаем округление до размера вторичной упаковки во время подписания контракта.
21.	Если мы не знаем общий / оставшийся срок годности на момент подачи заявки?	Продукты должны иметь минимум 75% от общего срока годности, или 15 месяцев от оставшегося срока годности на момент поставки. Вы можете воспользоваться этой формулировкой в случае, если вы не знаете точных дат или можете сказать, что это «свежая партия».
22.	Речь идет о минимум 3 годах опыта аналогичного характера и минимум 2 аналогичных контрактах, выполненных за последние 3 года. Если официальный дистрибьютор - недавно организованная компания (3 месяца назад) и представляющая известного производителя с многолетней историей?	У Вас есть возможность подаваться в Консорциуме (см. Раздел 2 - Инструкция для участников тендера) или непосредственно от Производителя, поскольку любой Участник конкурса должен соответствовать требованиям: минимум 3 года опыта аналогичного характера и минимум 2 аналогичных контракта, выполненных за последние 3 года.
23.	Согласно замечаниям участников предварительной конференции, присутствуют некоторые расхождения в технической спецификации: Специальные требования к медицинским изделиям:	Приводим пересмотренный абзац, ПУТ будет изменен в соответствии с нижеизложенным: Специальные требования к медицинским изделиям:

<p>1) Средства для открытых ран, стерильные по лотам № 3-4 должны иметь неадгезивные (не прилипающие) и абсорбирующие свойства (губчатая структура); и иметь возможность крепиться на раны без дополнительных фиксирующих бинтов.</p> <p>2) Специальные повязки по лотам № 6-10 должны быть легкими эластичными трубчатыми бинтами.</p> <p>3) Салфетки под лотом № 11 должны быть стерильными и изготовлены из нетканого материала.</p> <p>4) Фиксирующие бинты по лотам № 12-15 должны быть мягкими, эластичными и пригодными для фиксации всех видов повязок.</p>	<p>1) Средства для открытых ран, стерильные по лотам № 3-4 должны иметь неадгезивные (не прилипающие) и абсорбирующие свойства (губчатая структура).</p> <p>2) Специальные повязки по лотам № 6-10 должны быть эластичными трубчатыми бинтами.</p> <p>3) Салфетки под лотом № 11 должны быть стерильными и изготовлены из нетканого материала.</p> <p>4) Фиксирующие бинты по лотам № 12-15 должны быть мягкими, эластичными и пригодными для фиксации всех видов повязок.</p>
---	--