



UNDP-OPE-0361/2018
7 de Diciembre de 2018

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Estimados Señores:

**ASUNTO : IAL/00100857/076/2018 - "ADQUISICION ESTACION DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
PROYECTO 00100857 - Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la Sustentabilidad"**


ENMIENDA N° 02

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00100857 "Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la Sustentabilidad", tiene a bien modificar el punto Sección 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades", según se detalla a continuación:

En donde dice:	Conexiones a una UPS – SAI (Sistema de Alimentación Interrumpida) – para cada equipo de medición suficientemente grande para solventar su autonomía por 8 horas.
Debe decir:	Conexiones a una UPS – SAI (Sistema de Alimentación Interrumpida) con potencia mínima de 3 KVA y proveer autonomía mínima de 15 minutos.

Favor considerar que las enmienda incluidas en este documento forman parte integral del presente llamado por lo que deben ser consideradas al momento de presentar sus ofertas.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente,


Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones

Señores:
Proceso IAL/00100857/076/2018
Presente