

**Ответы на запросы на разъяснение от претендентов**  
**в рамках RFQ UNDP/Green Schools/134/2019**  
**на поставку оборудования для мониторинга атмосферных осадков**

1. **Вопрос:** По лоту №1 п.4: возможно ли предложить оборудование с более узким диапазоном измерения температуры?

**Ответ:** Диапазон измерения температуры был изменен. Соответствующие изменения внесены в тендерный документ (см. Изменения и дополнения к тендерному документу).

2. **Вопрос:** По лоту №1 и №2 раздел pH электроды: возможна ли поставка электродов партиями в течение определенного времени или с определенным интервалом?

**Ответ:** Поставка партиями не допускается. Количество поставляемых электродов было уменьшено. Срок годности pH-электрода уменьшен. Соответствующие изменения внесены в тендерный документ (см. Изменения и дополнения к тендерному документу).

3. **Вопрос:** По лоту №1 и №2 раздел Аксессуары: возможна ли поставка калибровочных растворов, растворов для очистки электродов, растворов для хранения партиями в течение определенного времени или с определенным интервалом?

**Ответ:** Поставка партиями не допускается.

4. **Вопрос:** По лоту №3 п. 2, 3, 6 и лоту № 4 п. 3, 4, 6 диапазон измерений проводимости, количество диапазонов, разрешение: возможно ли предложение оборудования с одним диапазоном измерения и автоматической сменой индикации количества значащих цифр (дискретности)?

**Ответ:** Технические требования тендерного документа по данным разделам остаются неизменными.

5. **Вопрос:** По лоту №3 п. 2 и лоту № 4 п. 3. Можно ли поставить прибор, определение электропроводности которого начинается от 1 мкСм/см согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ?

**Ответ:** Поставка прибора, определение электропроводности которого начинается от 1 мкСм/см согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ, является допустимой.

6. **Вопрос:** По лоту №3 и №4 раздел Аксессуары: возможна ли поставка калибровочного раствора с номинальным значением 84мкСм/см партиями в течение определенного времени или с определенным интервалом?

**Ответ:** Поставка партиями не допускается.

**19 марта 2019г.**