

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #1**  
**в тендерном документе UNDP/Green Schools/134/2019**  
**на поставку оборудования для мониторинга атмосферных осадков**

**Настоящим вносятся следующие дополнения и изменения в тендерный документ**  
**UNDP/Green Schools/134/2019:**

**ЛОТ 1:**

**1.** Лот 1: Пункт «**4. Диапазон измерения температуры**» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

**«4. Диапазон измерения температуры:**

0.0 ... 100.0°C»

**2.** Лот 1: Подпункт «**9.1. рН-электрод в стеклянном корпусе**» пункта 9 «Комплектность» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

**«9.1. рН-электрод в стеклянном корпусе:**

2 шт. (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем)

(срок годности рН-электрода должен быть не менее 2 лет от даты поставки)».

**3.** Лот 1: Подпункт «**10.7. раствор электролита для дозаправки электрода объемом 30 мл**» пункта 10 «Аксессуары» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

**«10.7. раствор электролита для дозаправки электрода объемом 30 мл:**

поставляется в комплекте с каждым из 2 электродов»;

**ЛОТ 2:**

**1.** Лот 2: Подпункт «**12.1. рН-электрод в пластиковом корпусе**» пункта 12 «Комплектность» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

**«12.1. рН-электрод в пластиковом корпусе:**

2 шт. (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем);

(срок годности рН-электрода должен быть не менее не менее 2 лет от даты поставки)».

**19 марта 2019г.**