



ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ	ДАТА: 04 июля 2019 года
	ССЫЛКА: RFQ/026/19 – Поставка приборов для Агромелиоративного Лизиметрического Комплекса (переобъявление)

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на поставку приборов для Агромелиоративного Лизиметрического Комплекса согласно **Приложений 1 и 2** данного Запроса. При подготовке Предложения, используйте форму **Приложение 3**.

Предложения должны быть представлены не позднее **18.00 часов (GMT +5) 18 июля 2019 года** по модулю e-tendering.

Документы, загруженные в систему как часть вашего предложения, не должны содержать вирусов или поврежденное содержимое, в противном случае предложение будет отклонено.

Вы несете ответственность за обеспечение поступления вашего коммерческого предложения в указанный срок. Предложения должны быть предоставлены в онлайн системе eTendering по ссылке:

<https://etendering.partneragencies.org> используя ваш профиль и пароль. Если вы не зарегистрированы в системе вам необходимо зарегистрироваться используя временные данные ниже:

Имя пользователя: event.guest

Пароль: why2change

И далее необходимо следовать шаги согласно руководство пользователя.

Вся информация и руководства по использованию системы можно получить по ссылке:

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/>

Приложения 1

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных поставок товара/ов:

Условия поставки [INCOTERMS 2010]	☒ CIP Ташкент По воздушному транспорту- Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова, по наземному транспорту- пост «Арк Булак»
Таможенная очистка, при необходимости, будет выполнена:	Представительством Программы Развития ООН (ПРООН) для импортированных товаров
Точный адрес/адреса мест доставки и установки	Республика Узбекистан, г. Ташкент
Компания Перевозчиков, предпочитаемая ПРООН, если имеется	Н/П
Доставка товаросопроводительных документов	Груз должен быть отправлен на имя ПРООН в РУз с приложением следующих документов: инвойс (2 оригинала), упаковочный лист (2 оригинала) и документы, подтверждающие качество товара.
Предельный срок поставки / осуществление работ	Не более <u>90 дней</u> со дня подписания договора на поставку Внимание: если срок поставки, указанный в ценовом предложении, превышает срок поставки, указанный выше, соответствующее предложение может быть отклонено.
График поставки	☒ Не требуется
Требования по упаковке	☒ Компания должна обеспечить качественную и безопасную транспортировку прибора
Предпочтительный вид транспортировки	☒ Воздушный ☒ Наземный ☐ Морской ☐ Иное [указать]
Предпочитаемая валюта Предложения	☒ Иностранной валютой: в долл. США ☒ Местным поставщикам, зарегистрированными в Республике Узбекистан: в узбекских сумах (UZS)
НДС по цене Предложения	☒ Не должна включать НДС и другие применимые косвенные налоги
Требования по послепродажному обслуживанию	☒ Гарантия не менее 2 года Дефекты вызваны по вине производителя, обнаруженные во время гарантийного срока на товар, необходимо заменить и устранить бесплатно.
Крайний срок представления Предложения	18:00 часов, 18 июля 2019 года (GMT+05)
Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на	☒ Английский; или ☒ Русский Документы, представленные на другом языке чем английский и/или русский,

следующем языке	должны иметь перевод на английский или русский язык
Документы, которые следует предоставить	☒ Должным образом заполненная Форма Приложения 3, в соответствии с перечнем требований в Приложении 2; ☒ Информация об учредителях и о совладении/учредительстве или прочих прямых/косвенных интересах в других компаниях с использованием формы, приведенной в части 2 Приложении 3; ☒ Сведения о компании с подробной информацией (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) с использованием формы, приведенной в части 3 Приложении 3; ☒ Минимум 2 успешно выполненных контракта подписанные между фирмой Заявителя и клиентами, в рамках которого Заявитель оказывал поставку аналогичного прибора за последние 3 года с использованием формы, приведенной в части 4 Приложении 3; ☒ Заявление о том, требуются ли какие-либо импортные или экспортные лицензии в отношении приобретаемых товаров, включая любые ограничения в стране происхождения, использование / двойное использование товаров или услуг, включая и назначение конечным пользователям¹ ☒ Сертификаты качества (ISO, основные технические характеристики поставляемого оборудования и имеющиеся сертификаты и т.д.); ☒ Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование от производителя; ☒ Разрешение производителя на выполнение Компанией функций торгового агента (если Поставщик не является производителем); ☒ Заверенная копия действующего свидетельства о регистрации предприятия Заявителя (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица Заявителя); ☒ Заверенная копия страницы Устава организации, где указана информация об учредителях; ☒ Письменная декларация (в свободной форме на фирменном бланке Заявителя), подтверждающая то, что компания не находится в списке Совета Безопасности ООН 1267/1989, списке отдела закупок ООН или других дисквалификационных списках. Непредставление любого из вышеперечисленного документа, послужит основанием для исключения Заявителя, признав его технически не соответствующим, с рассмотрения, в рамках настоящего тендера.
Список документов, которые будут запрошены со стороны ПРООН дополнительно от трех участников торгов, предоставивших	(a) Копия финансового/бухгалтерского отчета, заверенные/подтвержденные третьей стороной, (такой как налоговый комитет, аудиторская компания или прочими подобными учреждениями) за последние 2 года; ИЛИ (b) справка с обслуживающего банка кандидата, выданная не более чем за 30

¹ Применимо для поставки импортных товаров

наименьшие ценовые предложения ²	дней до подачи заявки или срока тендера, что у кандидата имеется в наличии или имеется доступ к ликвидным активам на сумму равную или превышающую сумму контракта (активы, которые можно конвертировать в наличные), для покрытия потока операций по строительству/поставкам по контракту.
Срок действия с момента представления коммерческих предложений	☒ 90 календарных дней с даты вскрытия предложений В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.
Частичное предложение	☒ Не допускается. Частичное предложение будет отклонено.
Условия оплаты	☒ Иностранным поставщикам: в долл. США посредством 100% оплаты после доставки и приемки товара ПРООН. ☒ Местным поставщикам, зарегистрированными в Республике Узбекистан: В узбекских сумах (UZS) посредством 100% оплаты после доставки и приемки товара ПРООН.
Договорная неустойка	0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки до максимальной суммы 10% от суммы контракта. После этого, либо после месяца просрочки в поставке, действие контракта может быть прекращено.
Критерии оценки	☒ Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и самая низкая цена ³ ; ☒ Полное принятие условий контракта на выполнения работ / Общих условий и положений контракта; ☒ Стабильное финансовое состояние: (а) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года если финансовая отчетность представлена ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Кандидата в соответствии с вышеизложенными требованиями; ☒ Минимум 2 (два) контракта, в рамках которого Заявитель оказывал поставку аналогичного прибора за последние 3 года; ☒ Продемонстрированное наличие постоянного офиса и доступного по городскому телефону, а также штат постоянного квалифицированного персонала в количестве не менее 5 человек.
ПРООН заключит контракт с:	☒ Только с одним Поставщиком.
Вид заключаемого договора	☒ Контракт Face Sheet (на товары и услуги) ПРООН
Специальные условия Контракта	☒ Аннулирование контракта, если просрочка поставки/выполнения превышает 30 календарных дней
Условия оплаты	☒ Подписания сертификаты о приемке работ ПРООН и полное соответствие

² Не предоставление каких-либо дополнительно запрошенных документов, представленных в этом разделе, послужит основанием для дисквалификации Предложения.

³ ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт Предложению с самой низкой ценой, если вторая самая низкая цена среди приемлемых предложений оказывается более выгодной, и не превышает самую низкую цену более чем на 10%, а также, если бюджет может покрыть разницу в цене. Термин «более выгодное предложение» используемый в этом положении, должен относиться к предложениям, которые превышают заранее определенные требования, установленные в спецификациях.

	требованиям тендера и контракта
Приложения к данному Запросу ⁴	☒ Технические характеристики приобретаемого оборудования (Приложение 2) ☒ Форма представления Предложения (Приложение 3) ☒ Общие условия и положения / Особые положения http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html Непринятие Общих условий и положений (ОУП) может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок.
Пост-квалификационные требования	☒ Определение правдивости, правильности и аккуратности представленной участником торгов информации в представленных юридических, технических и финансовых документах; ☒ Запросы и встречная проверка с государственными органами страны регистрации участника торгов или иными организациями, ранее работавшими с участником торгов; ☒ Запросы и встречная проверка с прошлыми клиентами участника торгов по качеству исполнения текущих или ранее исполненных контрактов; ☒ ПРООН оставляет за собой право посетить офис, завод или фабрику Заявителя.
Контактное лицо (Только для письменных вопросов) ⁵	Отдел закупок, Представительство ПРООН в Республике Узбекистан ул. Т. Шевченко, 4, г. Ташкент 100029 Факс: (+998 71) 1203485 E-mail: pu.uz@undp.org Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок.

⁴ Если информация доступна в сети Интернет, то может быть указан только адрес URL.

⁵ Данное контактное лицо и адрес официально назначается ПРООН. Если вопросы направляются другим лицам или по другим адресам, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не обязан отвечать или подтверждать, что вопрос был получен

Дополнительное требование	Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих: a. у них один контролирующий партнер, директор или общий акционер; или b. любой из них получают или получили какие-либо прямые или косвенные субсидии от других / с; или c. они имеют одинакового юридического представителя/офис в рамках данного тендера, или имеют одного и того же законного представителя для целей данного запроса; d. у них имеются такого рода взаимоотношения друг с другом (напрямую либо через третьи стороны) которые ставят их в позицию где они могут иметь доступ к информации о текущем тендере, либо повлиять на предложение второго поставщика, или имеют прямое отношение друг с другом или через третьего лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или влиять на предложение другого поставщика относительно данного тендера (RFQ); e. они являются субподрядчиками у друг друга в рамках текущего тендера, или субподрядчик одной компании также предоставляет предложение под своим именем в качестве ведущего поставщика, или f. эксперт, предложенный быть в команде одного поставщика, также принимает участие более чем в одном поданном предложении в рамках текущего тендера. Данное условие не применяется на субподрядчиков, включенных более чем одно предложение.
---------------------------	---

Предлагаемые работы рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения требованиям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ПРООН, содержащимся в Приложениях.

Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует ведомостью работ, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ПРООН (умножением стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ПРООН, то Предложение будет отклонено.

После того, как ПРООН определила Предложение с самой низкой ценой, она оставляет за собой право заключить контракт исключительно на основании предложенной цены товара в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ПРООН, если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ПРООН Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи контракта или заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров до максимума двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу. Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ПРООН, содержащиеся в <http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>.

ПРООН не обязана принимать любое Предложение, выдавать контракт или заказ на закупку, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для возможности обжалования результатов конкурса лицами или фирмами, которые не получили контракт или заказ на закупку в процессе конкурсных закупок. В случае если Вы считаете, что с Вами поступили несправедливо, Вы можете найти подробную информацию о процедурах опротестования на сайте: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>.

ПРООН призывает каждого потенциального продавца и поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ПРООН информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

ПРООН придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщика ООН, информация о котором доступна на сайте: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением,

Отдел закупок, ПРООН в Узбекистане

Технические характеристики

№	Наименование	Технические характеристики	Количество
1	Комплект для контроля профиля влажности почвы до 2 м, основанный на принципе радиочастот для 6 отдельных точек.	Предназначен для регулярного измерения профиля влажности почвы на 6 отдельных точках от поверхности до глубины 2м через каждые 10-15 см и хранения данных и передавать их на персональный компьютер. Микропроцессор определяет содержание влаги по изменению радиочастот через почву и емкостной зонд- пропускает очень низкую мощность радиочастоты через почву для измерения влажности. Комплект включает в себя: – 6-футовый складной зонд и регистратор; – 6 - 72 дюймовые прецизионные трубки доступа (высокоточные радиочастотные стабильные трубки) длиной 6 футов; – 6- крышки от дождя для трубок; – простой ручной бур для установки; – калибровочная контрольная трубка; – программное обеспечение для построения графиков и анализа; – SD-карта данных (плюс запасная); – инструкции; – мягкая сумка для переноски; – точность датчика влажности +/- 2%; – разрешение 1%.	1 шт.
2	Регистратор данных о влажности почвы	Работает совместно с зондами контроля профиля влажности. Сохраняет показания датчиков влажности и переносит данных измерений на компьютер Получение входных данных: - 6 аналоговых каналов 1 датчик температуры 1 счетчик; - сохранение показаний - 16 000; - периодичность регистрации: от 1 секунды до 24 часов ; - возможности контроля: 1 релейный выход	1 шт.
3	Кондуктометр портативный	Для измерения температуры и электропроводности (степени солёности) почвы - в пастах и почвенно-водных суспензиях, как в лабораторных, так и в полевых условиях - Диапазон измеряемой удельной электропроводности - от 0,01 до 40,0 mCm/cm; - Предел допускаемой погрешности измерения электропроводности за счет электрической части: не более 5%; - Диапазон измеряемых концентраций NaCl при температуре 25 град Цельсия : от 0,1 до 20 г/л; - Диапазон измеряемой температуры: 0-50 град Цельсия; - Погрешность измерения температуры раствора (пасты): 1 град	2 шт.

		Цельсия; - Время измерения температуры до достижения 95% значения: не более - 2 минут; - Длина соединительного кабеля от блока измерения до ручки с электродами: 30-40 см; - Длина ручки с электродами: не менее 9 см; - Длина погружаемой части электрода в раствор (пасту): не менее 3см; - Длина активной части электродов: 14-16 мм.	
4	Кондуктометр штыревого типа	Для измерения температуры и электропроводности (степени солености) почвы и воды в полевых условиях. - Диапазон измеряемой удельной электропроводности - от 0,01 до 40,0 мСм/см; - Предел допускаемой погрешности измерения электропроводности за счет электрической части: не более 5%; - Диапазон измеряемых концентраций NaCl при температуре 25 град Цельсия : от 0,1 до 25 г/л; - Диапазон измеряемой температуры: 0-50 град Цельсия; - Погрешность измерения температуры раствора (пасты): 1 град Цельсия; - Время измерения температуры до достижения 95% значения: не более - 2 минут; - Длина соединительного кабеля от блока измерения до ручки с электродами: 30-40 см; - Длина ручки с электродами: не менее 9 см; - Длина погружаемой части электрода в раствор (пасту): не менее 12см; - Длина активной части электродов: 8-10 мм; - Длина погружаемой части с электродами в раствор (пасту): не менее 105см.	1 шт.
5	Метеостанция с датчиком ветра и осадкомером	Измерение метеорологических параметров: влажность и температура воздуха, атмосферное давление, осадки, продолжительность солнечного сияния скорость и направление ветра (при включении в комплект метеостанции датчика ветра) - Условия окружающей среды: рабочая температура: -35°C до +70°C; - Рабочая влажность: 0% to 100% RH; - Скорость ветра: 0 – 60 м/с, разрешение - 0.01 м/сек, точность - ± 2% при 12 м/сек; - Направление ветра: диапазон - 0 – 359° (нет мертвых зон), разрешение - 1°, точность - ± 3° при 12 м/сек; - Температура воздуха от -50°C до +100°C, точность - ±0.1°C, разрешение - 0.1°C; - Относительная влажность: 0 - 100% RH, точность: ±0.8% при 23°C, разрешение - 0.1% RH; - Барометрическое давление: 600-1100hPa, точность - ±0.5hPa, разрешение - 0.1hPa.	
6	Стандартный набор буров для отбора почв	Для бурения почв с целью и отбора проб на анализ установки различных скважин и т.п. - Глубина проникновения до 5 метров;	1 шт.

		- Диаметр ложки буров – не менее 7 см; - Комплект шнека: глиняный, песчаный, крупнозернистый и комбинированный; - Дополнительно: удлинительные стержни.	
7	Уровнемер (diver) - регистратор температуры и минерализации грунтовых вод	Служит для автоматического измерения и регистрации уровня, температуры проводимости. грунтовых вод в наблюдательных колодцах и скважинах. - Длина - до 183 мм, диаметр – до 22 мм; - Точность измерений: 0,1% полной шкалы; - Диапазон: 0-80 mS/см; - Память - не менее 16.000 измерений каждого параметра; - Длина кабеля: 10 м.	1 шт.
8	Устройство для считывания данных прибора Diver	- Коммуникационный кабель прибора Diver; - Длина коммуникационного кабеля - 20м.	1 шт.
9	Интерфейсный кабель- для передачи данных на компьютер	Используется для подключения ноутбука или КПК к выходу кабеля из скважины. - Длина кабеля - 2м.	1 шт.
10	Устройство с картой памяти для загрузки данных (diver-mate).	Загрузочный модуль с картой памяти. Хранит данные в энергонезависимой памяти, используется в сочетании с коммуникационным кабелем. - Мощность не менее 2 ГБ (500 считываний); - Питание от внутреннего аккумулятора.	1 шт.
11	Водяная баня	Для выполнения лабораторных анализов почвы и воды: выпаривание влаги при определении плотного остатка в пробах почвы и в воды - Кол-во мест – не менее 6; - Расположение колб - 2 ряда; - Объем – не менее 14,8 л; - Материал корпуса – сталь покрашенная; - Материал ванны - нержавеющая сталь; - Полезная глубина не менее 130мм; - Нагрев комн. +5...+100°C; - Точность установки - $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; - Точность поддержания - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; - Градиент температуры по объему - $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$; - Мощность не менее 1500Вт; - Контроллер цифровой с жидкокристаллическим дисплеем; - Электропитание - 220В; - Наличие сливного крана.	1 шт.
12	Весы технические	Точное измерение массы в лабораторных условиях: навески почв для анализа, взвешивание бюксов и др.	2 шт.

	лабораторные	- Наибольший предел взвешивания не менее 210г; - Дискретность - 0,001г; - Калибровка внешняя; - Размер чаши / платформы весов не менее 116мм; - Наименьший предел взвешивания - 0,02г; - Цена поверочного деления - 10мг; - Пределы допускаемой погрешности: при поверке до 50г вкл.±5, более 50г - ±10мг; - Время установления показаний не более 5сек; - Юстировочная гиря - 200г.	
13	Весы аналитические	Для высокоточного взвешивания навески ингредиентов, для подготовки реагентов, тарировка чашек, тиглей, взвешивание плотного остатка, сульфатов и др. при выполнении лабораторных анализов почвы и воды - Калибровка внутренняя; - Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP); - Наибольший предел взвешивания - 210 г; - Дискретность - 0,0001 мг.	1 шт.
14	Аквадистиллятор	Предназначен для производства дистиллированной воды, используемой при выполнении химических анализов в лаборатории - Производительность – не менее 25 л/ч, ± 10%; - Расход воды на охлаждение – не менее 350 дм³ - Род тока - переменный трехфазный; - Напряжение - 380В; - Потребляемая мощность – не более 15КВт.	1 шт.
15	Ультрабук	Для обработки материалов исследований и создания баз данных - Частота процессора не менее 2000 МГц (2 ядра); - Объем ОЗУ не менее 8 Гб; - Диагональ широкоформатного экрана со светодиодной подсветкой не менее 14"; - Объем жесткого диска не менее 256 Гб.	2 шт.

Поставщик должен отвечать следующим требованиям:

- основные технические характеристики поставляемого оборудования и имеющиеся сертификаты;
- гарантийные обязательства на поставляемое оборудование;
- условия после гарантийного ежегодного или иного периодического обслуживания*;
- условия сопровождения и технической поддержки программного обеспечения;
- гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 2 года.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА⁶(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика⁷)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/026/19.

Таблица 1 – Поставка приборов для Агромелиоративного Лизиметрического Комплекса согласно техническим характеристикам.

№	Наименование оборудования	К-во	Описание/ Спецификация товара ⁸	Цена за единицу (валюта)	Общая стоимость (валюта)
1.	Комплект для контроля профиля влажности почвы до 2 м, основанный на принципе радиочастот для 6 отдельных точек.	1 шт.			
2.	Регистратор данных о влажности почвы	1 шт.			
3.	Кондуктометр портативный	2 шт.			
4.	Кондуктометр штыревого типа	1 шт.			
5.	Метеостанция с датчиком ветра и осадкомером				
6.	Стандартный набор буров для отбора почв	1 шт.			
7.	Уровнемер (diver) - регистратор	1 шт.			

⁶ Данная форма служит руководством для поставщиков при подготовке Предложения и шкалы цен.

⁷ На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.

⁸ Просьба предоставить описание предлагаемого продукта, модель, бренд, который должен соответствовать минимальным техническим требованиям, приведенным в Приложении 1 выше

	температуры и минерализации грунтовых вод				
8.	Устройство для считывания данных прибора Diver	1 шт.			
9.	Интерфейсный кабель- для передачи данных на компьютер	1 шт.			
10	Устройство с картой памяти для загрузки данных (diver-mate).	1 шт.			
11	Водяная баня	1 шт.			
12	Весы технические лабораторные	2 шт.			
13	Весы аналитические	1 шт.			
14	Аквадистиллятор	1 шт.			
15	Ультрабук	2 шт.			
	Общая стоимость товаров⁹				
	Расходы на транспорт:				
	Расходы на страхование:				
	Другие расходы (просьба указать):				
	Общая стоимость предложения, включая все расходы				

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

Другая информация, касающаяся нашего Предложения:	Ваш ответ		
	<i>Да, мы выполним</i>	<i>Нет, мы не выполним</i>	<i>Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение</i>
Предельный срок осуществления работ (90 дней)			

⁹ Цены товаров должны соответствовать условиям INCOTERMS, указанным в Запросе на Предложение.

Страна/страны происхождения:			
Срок действия предложения (90 календарных дней с даты вскрытия предложений)			
Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 2 года.			
Сертификаты качества (ISO, основные технические характеристики поставляемого оборудования и имеющиеся сертификаты и т.д.)			
Условия оплаты: <u>Для иностранных поставщиков в долларах США (зарегистрированных вне Узбекистана):</u> ☒ Оплата в размере 100% после завершения поставки и подписания Акта приема передачи/накладной счет-фактуры банковским переводом на счет Поставщика работ банковским переводом на счет Поставщика <u>Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане):</u> ☒ в Узб. Сумах: Оплата в размере 100% после завершения поставки и подписания Акта приема передачи/накладной счет-фактуры банковским переводом на счет Поставщика работ банковским переводом на счет Поставщика			
Все условия Общих условий и положений ПРООН			

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Часть 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемый господин/госпожа:

Мы/Я, _____ (ФИО и Должность), Директор/Учредитель представляющий компанию _____ настоящим заявляем, что:

(а) Не имеем финансовых и других интересов, ассоциаций или отношений, не работаем и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), нанятых Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительством Узбекистана, которые объявили о проведении тендера; и не имеем доступа к информации или влиянию на процесс выбора для настоящего тендера;

(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя для целей настоящего тендера с любым другим лицом, представившим его предложение в соответствии с настоящим тендером; Не являемся субподрядчиками или субподрядчиками других организаций для целей настоящего тендера; и что эксперты, внесенные в команду, не участвуют более чем в одном предложении для этого тендера;

(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при выполнении своих обязанностей по контракту или может повлиять на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся информация является достоверной, правильной и полной насколько нам известно. Мы обязуемся выполнить все запросы на дополнительную информацию, документацию, разъяснения и / или проверку в отношении заявления о заинтересованности.

Вся остальная информация, которую мы не предоставили автоматически подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не включены в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или другие дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Часть 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1. Официальное название Претендента <i>[вставить официальное название Претендента]</i>		
2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: <i>[вставить официальное название каждого участника СП]</i>		
3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: <i>[вставить фактическую или планируемую страну регистрации]</i>		
4. Год регистрации Претендента: <i>[вставить год регистрации Претендента]</i>		
5. Страны, в которых осуществляется деятельность	6. Количество персонала в каждой из стран	7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран
8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности ² : <i>[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]</i>		
9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года		
10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)		
11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.		
12. Информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: <i>[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес: <i>[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]</i> Номер телефона/факса: <i>[вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес эл. Почты: <i>[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]</i>		
13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? ☐ ДА или ☐ НЕТ		

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ*

Наименование поставленного товара	Сроки выполнения контракта (год, месяц)	Стоимость работ	Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

* - Минимум 2 (два) контракта, в рамках которого Заявитель оказывал поставку аналогичного прибора за последние 3 года

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]