

**Conferencia Previa y Visita de Campo**  
**Adquisición e Instalación de un Cromatógrafo de Gases**  
**Ref. IAL/72164/072/2019**  
**Evento 19072**  
**Lugar: Laboratorios CESCO-MIAMBIENTE**

Fecha: martes 08 de octubre 2019

Hora: 10:00 AM

Lugar: Salón de reuniones del CNG Dr. Luis Munguía Guerrero

Facilitadora: Verónica López – Asociada de Adquisiciones PNUD

**Participantes:**

	Nombre	Cargo/Empresa	Teléfono	Correo electrónico
1	Fermín Avilés	Gerente General SETLAB S. de R.L.	88326468	<a href="mailto:fasetlab@gmail.com">fasetlab@gmail.com</a>
2	Carmen Luna	Director Ejecutivo Instruquímica	(503) 78747955	<a href="mailto:cdericas@instru.com">cdericas@instru.com</a>
3	Eliodoro Rivas Martínez	Director General	(503) 78747759	<a href="mailto:eliorivas@instruquimica.com">eliorivas@instruquimica.com</a>
4	Sandra Izaguirre	Ventas/DICONSA	9450 0913	<a href="mailto:info@diconsa.hn">info@diconsa.hn</a>
5	Pablo Rodríguez Rubio	Coordinador/ Proyecto COPs 4-Mercurio	9898 8421	<a href="mailto:pablorodriguez@undp.org">pablorodriguez@undp.org</a>
6	Verónica López	Asoc. Adquisiciones PNUD	22361300	<a href="mailto:veronica.lopez@undp.org">veronica.lopez@undp.org</a>
7	Aracely Membreño	Coordinadora Laboratorio/ CESCO MIAMBIENTE	2231 1006	<a href="mailto:aracelymembreno@gmail.com">aracelymembreno@gmail.com</a>
8	Nesth D. Hernández	Representante Legal/ORGOMA S. A.	3173 5586	<a href="mailto:nhernandez@orgoma.com">nhernandez@orgoma.com</a>
9	Ana Carolina Castillo	Analista Contaminantes químicos/ CESCO MIAMBIENTE	99232520	<a href="mailto:acanavarro24@gmail.com">acanavarro24@gmail.com</a>
10	Mirtha L. Ferrary	Espec. FICE/ COPs 4- Mercurio	97990928	<a href="mailto:miferrary@gmail.com">miferrary@gmail.com</a>
11	Liza Ramirez	Coordinadora proyectos/ AgrobioteK Laboratorios	99150575	<a href="mailto:honduras@agrobiotek.com">honduras@agrobiotek.com</a>

**Puntos tratados:**

1. Saludo, bienvenida y objetivos de la reunión a cargo de la Verónica López, Asociada de Adquisiciones del PNUD
2. Presentación de los participantes a nivel de empresas, CESCO MIAMBIENTE y Proyecto COPs 4
3. Bases de la licitación
4. Inducción al Sistema e-Tendering del PNUD, formularios
5. Fecha límite para ingreso de solicitudes de aclaración
6. Breve resumen de Requerimientos técnicos del equipo
7. Visita a Laboratorios

**PNUD:**

Se instó a las empresas a registrarse cuanto antes en el sistema e-Tendering; se les indicó que en caso de tener alguna situación que les impidiera ingresar al sistema deberían de notificarlo a la brevedad del caso y por vía electrónica, por otro lado se podría realizar una jornada al interno del PNUD con los proveedores que solicitasen apoyo para el ingreso en la plataforma e-tendering. Se indicó que en la pagina de Adquisiciones del PNUD en Honduras se encontraban las guias y videos que se pueden acceder para el ingreso a la plataforma (<https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/about-us/procurement.html>).

**Consultas/observaciones**

Fuente	Comentario/ consulta
Proveedor	La invitación llego en miércoles después de mediodía, ese día era feriado reportó problemas en el registro en la plataforma. Ya comunicó al PNUD vía correo electrónico.
PNUD	<p>En vista de los problemas referidos se evacuará la consulta de HANDALS ese mismo día.</p> <p>Si hay muchos problemas en el registro se podría efectuar una inducción al registro en la plataforma por parte de PNUD en la brevedad posible.</p> <p>Las ofertas en formato PDF deben subirse a la plataforma una vez registrados en la fecha límite firmada por representante legal, si no es así es un motivo de rechazo NO SUBSANABLE.</p> <p>No hay apertura pública como en otros procesos, todo se maneja vía electrónica.</p>
Proveedor	No recibió invitación, la encontró en la RDS
PNUD	<p>En vista de los problemas referidos se evacuará la consulta de HANDALS ese mismo día.</p> <p>Si hay muchos problemas en el registro se podría efectuar una inducción al registro en la plataforma por parte de PNUD en la brevedad posible.</p> <p>Muy probablemente en un (90%) se cambiará la fecha de presentación de ofertas, del 14 de octubre al 20 octubre a la hora indicada en las bases. Se oficializará vía una enmienda que se colocará en la plataforma de e-Tendering</p> <p>Las ofertas en formato pdf deben subirse a la plataforma una vez registrados en la fecha límite.</p>

Fuente	Comentario/ consulta
	Colocar correos genéricos en el sistema y uno alternativo, evitar correos de cuentas personales.
Proveedor	¿Los 90 días deben entenderse como tiempo para recepción del equipo? Se respondió afirmativamente
Proveedor	¿La oferta se sube en un solo documento o fraccionada en archivos independientes?
PNUD	Se prefiere en UN solo Documento, pero si es fraccionado, no se descalifica
Proveedor	En los requerimientos hay varios ítems (3) que solo un proveedor puede cumplir lo que excluye a otros proveedores
PNUD	Se excusa e indica que pueden hacer la observación en el sistema y solicitar modificación indicando que cambio se debe realizar para poder participar, pero es necesario registrar esas observaciones en la plataforma. Conforme a las consultas recibidas por escrito, se considerará realizar notas aclaratorias y/o enmiendas.
Proveedor	La exigencia sobre experiencias o casos de venta con el Cromatógrafo es muy alta, en el país no hay muchos laboratorios con ese equipo. Si hay 6 empresas aquí presentes, implica que al menos 18 equipos hayan sido instalados en el país, y no hay esa demanda en Honduras de este tipo de equipos tan sofisticados.
PNUD	Se tomará en consideración para enmiendas del documento Base de licitación, se hace énfasis en que el documento es una guía y puede ser modificado mediante una Enmienda a los documentos, para ello los proveedores deben de remitir sus consultas.  Se enfatizó en el uso de la lista de Verificación que la herramienta ofrece por parte de los proveedores antes de cargar la oferta. Una vez cargado, se salva y se somete. Una vez sometido, el proveedor puede retirar su oferta si ha cometido algún error, es por ello que debe de remitir su oferta con la debida antelación, previo al plazo de expiración de propuestas, es de hacer notar que este plazo se encuentra con la hora de Nueva York, EE.UU. y no a la hora de la República de Honduras.
Proveedor	¿Cómo se verifica que fue exitosamente cargado el documento de oferta? ¿Puede el PNUD remitir una notificación vía electrónica para tener una doble confirmación?
PNUD	Una vez sometida la oferta, el sistema notifica mediante correo electrónico que su oferta ha sido

Fuente	Comentario/ consulta
	sometida y se visualiza el archivo de la oferta en el correo que el sistema responde. Si, una vez el proveedor allá remitido su oferta puede escribir al correo electrónico <a href="mailto:adquisicionespnudhn@undp.org">adquisicionespnudhn@undp.org</a> para que la Unidad de Adquisiciones ingrese al sistema y remita a vuelta de correo una confirmación de que su propuesta se encuentra en la plataforma.
Proveedor	Es necesario para efectos de estimación de costos, precisar más las aplicaciones que se necesitan para capacitación de los técnicos.
PNUD-proyecto COPs 4	Se tomará en consideración, para mayor precisión, se debe considerar la línea de plaguicidas, énfasis en los COPs por la naturaleza del Proyecto y por las líneas analíticas del CESSCO.
Proveedor	La lista de consumibles que se indica para un año debe incluir insumos para preparación de muestra
Representante Proyecto COPs 4	La lista que se solicita de consumibles es solamente para echar a andar el equipo, (columnas, férulas, septas etc.) no para la fase de preparación-extracción de muestras esto se considerará en otro proceso de adquisiciones, deben estimar la necesidad proyectada para un año, para su oferta.
Proveedor	Es importante se incluya en las bases de licitación los Requerimientos de Instalación tanto neumática (gases) como eléctrica
PNUD	<p>Se enviará la enmienda de las Bases con los nuevos tiempos, solo lo documentado es válido, Recordando los Tiempos:  Al 14 de octubre proveedores inscritos y hecho las consultas en la plataforma.  20 octubre límite de presentación de ofertas</p> <p>Se hizo énfasis que entre el día de hoy y mañana se procedieran a registrar a la plataforma de e-Tendering para asegurar éxito en el proceso de aplicación y determinar la necesidad de realizar una inducción o no del uso de la plataforma.</p>

II. Visita a Laboratorio de Instrumentación (Segunda Planta)	
Dirigida por Dra. Ana Castillo de CESSCO	
Proveedor	Consideran supresión de picos
CESSCO	<p>Comunicó sobre el acondicionamiento del área prevista para instalación del equipo, se contara con un mesón en L de aprox. 3 metros separado de la pared.</p> <p>La instalación eléctrica se hará hasta la caja, a partir de ahí es el proveedor del equipo el responsable.  La tubería de gases corre por el proveedor del equipo</p>

II. Visita a Laboratorio de Instrumentación (Segunda Planta)	
	CESCCO cuenta con cilindros de gas nitrógeno y manómetros.
Proveedor	Recomienda independizar el suministro de gas al nuevo equipo, no compartirlo con el Cromatógrafo de Gases ya existente en CESCCO. En documento enmienda donde se soliciten los requerimientos de instalación que empresa detalle la forma y características de la instalación, tubería, materiales, manómetros. Así como la instalación eléctrica y todo lo necesario.
Proveedor	Recomienda supresor de picos y tuberías de acero inoxidable según regulaciones internacionales y ejemplificó algunas. Se indagó sobre los conocimientos de las normas internacionales para la instalación de tubería de gases
CESCCO	Se solicitó a los proveedores a bajar para conocer el sitio de almacenamiento de gases para tomar elementos a considerar.
PNUD -Proyecto COPs 4	Los proveedores en los requerimientos de instalación deben colocar los relacionados con el tipo y material de la tubería de conexión de gases, tipo de manómetros reguladores de acero inoxidable, etc. A fin de contar con todo lo necesario para la correcta instalación y operación del equipo
PNUD	<p>Se tomará en consideración, es importante señalar que las aclaraciones o enmiendas no se realizan sin la solicitud del proveedor, solo es posible el cambio de fechas en las bases de licitación.</p> <p>Importante se comparta el plano con la remodelación del área donde se instalará el equipo con los proveedores para mayor perspectiva del área de trabajo para la futura instalación.</p> <p>También los proveedores deberán consignar si se requiere de tiempos de trabajo en horarios extraordinarios.</p>
PNUD	En las Bases de Licitación se hará la separación entre equipo e instalación del mismo.
PNUD	Agradecieron a los proveedores su interés y participación en la visita, se les hará llegar mediante plataforma la ayuda memoria de la reunión.