

“Adquisición equipos, cristalería y consumibles laboratorio de análisis lácteo del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola-ITESIL, Dajabón”

Documento de Aclaraciones

No. 1

Pregunta 1: Garantía de ejecución, puede ser una fianza de compañía de seguros reconocida?

Respuesta 1: Los formatos de Garantías de Ejecución aceptadas son: Garantías bancarias, cobrables a la vista o cheques certificados

Pregunta 2: Se va a presentar una oferta a nombre de nuestro proveedor en USA, la empresa local, se encarga del soporte técnico, instalación, garantía y soporte post-venta y está autorizada por el proveedor con carta de representación, para firmar contratos en representación del proveedor, Pregunta: De quienes deben presentarse los documentos, del proveedor en USA o de la empresa en Rep Dominicana?

Respuesta 2: Los documentos a presentar son los de la empresa que presentará la oferta.

Pregunta 3: Los documentos referidos en el aparte 26 de la HdD dice que deben ser "copia certificada conforme", esta certificación debe ser calificada por la institución que emite el documento o puede simplemente decir copia fiel del original?

Respuesta 3: Pueden ser copias del original

Pregunta 4: En el aparte 26 de la HdD pide "formulario del anexo 2 debidamente complementado y conforme a la lista de requisitos que se indica en el Anexo 1" Donde están o cuáles son esos anexos?

Respuesta 4: El anexo 2 inicia en la sección 2.

Pregunta 5: Solicitan en el mismo aparte 26 de la HdD Estado financiero auditado 2012, querrán decir ultimo estado financiero?

Respuesta 5: Si, el último estado financiero auditado, en este caso sería el del 2014

Pregunta 6: En la sección 3 que se refiere al personal, dado que se trata de suministro de equipos y no de obras aplican los apartes 3.1 y 3.2?

Respuesta 6: Si, aplica para el personal que realizara los servicios de instalación de los equipos

Pregunta 7: En esta misma sección 3, la declaración puede hacerla solo el jefe de grupo o debe hacerlo todo el personal involucrado?

Respuesta 7: Debe ser completado por todo el personal involucrado

Pregunta 8: En los modos de transporte preferidos de la sección 3b de servicios conexos dice aéreo y terrestre, dada la magnitud de los equipos (tamaño y peso) sugerimos el transporte de manera marítima

Respuesta 8: Pueden presentar una oferta financiera con cotos via aérea y con costos via marítima, indicando el tiempo que tomaría la recepción de los equipos para ambos casos.

Pregunta 9: En las características técnicas del Ítem 6 agitador Vortex solicitan plataforma para tubos de ensayo, de que diámetro son los tubos de ensayo? Nuestros equipos cuentan con plataforma para tubos de 10, 12, 15, 20 y 25 mm de diámetro

Respuesta 9: Las plataformas para tubos de los voxter se piden por lo general sin especificaciones de diámetro, pues se ofertan con una plataforma estándar; solo en equipos especializados se piden con definición de diámetros. En nuestro se ajusta la plataforma para tubos de 15 mm de diámetro.

Pregunta 10: Centrifuga para butirómetros, para que clase de butirómetros están solicitando la centrifuga? Mojonier, Gerber o Babcock?

Respuesta 10: Estamos solicitando centrifugas para burometros de "GERBER".

Pregunta 11: Ítem 12 y 13 Incubadoras, tanto standard como refrigerada, 21 L es un tamaño muy pequeño, la cámara de una incubadora de 21L debe estar alrededor de 30X26X29cm (12"X10"X11") que no acepta 3 bandejas podrían confirmar el tamaño de estos equipos?

Respuesta 11: No existe error alguno, se está solicitando incubadora de 21 L de capacidad, pues el diseño se corresponde con un pequeño laboratorio.

Pregunta 12: Ítem 14 Campana de seguridad biológica, que ancho necesitan la campana? nosotros contamos con cabinas de 4, 5, 6 pies

Respuesta 12: La Campana de Seguridad Biológica de 4 pies de ancho, se trata de un laboratorio pequeño, con 4 pies de ancho es más que suficiente.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PNUD