

**“ADQUISICION DE EQUIPOS Y CRISTALERIA PARA LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DEL ISFODOSU”**

Documento de Aclaraciones

No. 2

**Pregunta 1 Solicito por favor que se nos aclare la forma de pago referente a la licitación IAL 11 2015 : el 80 % contra la recepción definitiva se le en el punto 12 de las instrucciones a los Licitantes; que entienden por recepción definitiva ? La entrega de los bienes y, donde aplica, la puesta en marcha o el fin de la garantía en piezas y servicio de 1 año?**

**Respuesta 1:** tal como se indica en la sección 3B “Servicios conexos” el 80% se pagará dentro de los 30 días de la aceptación de los bienes entregados con arreglo a las especificaciones y de recibo de la factura por el PNUD

**Pregunta 2: Somos un empresa española y estamos interesados en la Licitación. Les agradeceremos nos confirmen si una Empresa Dominicana puede presentarse con nuestros productos**

**Respuesta 2:** Si, la empresa representante deberá presentar una autorización para presentar oferta en nombre de la empresa extranjera.

**Pregunta 3: Están exentos de ITBIS todos los ítems a presentar en la licitación?**

**Respuesta 3:** Si

**Pregunta 4: El PNUD se encargara del trámite aduanal y desuanizacion de la mercancía?**

**Respuesta 4:** El PNUD realiza la desaduanizacion pero la entrega de los equipos a los diferentes recintos corre por cuenta del oferente.

**Pregunta 5: Se pueden presentar ofertas solo para algunos ítems?**

**Respuesta 5:** Si

**Pregunta 6: Para el ítem 42, Microscopio de proyección, no se especifica la cantidad.**

**Respuesta 6:** 8 unidades por Recinto.

**Pregunta 7: ITEM 29, Extintor: Son ABC o CO2? DICE ABC CON MANGUERA DE CO2 Y LAS DESCRIPCIONES SON DE CO2.**

**Respuesta 7:** CO2

**Pregunta 8:** El tiempo indicado es muy corto para permitir fabricación y transporte internacional, solicitamos extender el mismo al menos a 90 días.

**Respuesta 8:** El tiempo de entrega es de 60 días.

**Pregunta 9:** Independientemente del monto de la oferta, la garantía de mantenimiento de oferta debe ser específicamente del monto establecido en las HDL (Hojas de instrucciones a los licitantes): RD\$ 306,000.00 (US\$ 6,800.00)?

**Respuesta 9:** Si, el monto de la garantía de oferta es de RD\$306,000.00 (USD\$6,800.00)

**Pregunta 10:** La garantía de mantenimiento de oferta puede ser presentada como fianza, mediante una compañía aseguradora?

**Respuesta 10:** Tal como establece en el numeral 9 de la hoja de datos, RD\$306,000.00 (USD\$6,800.00) presentable UNICAMENTE en las Formas aceptables de Garantía de oferta indicadas en el numeral 10 de la misma hoja de datos.

**Respuesta 11:** El plazo de validez de la garantía de 20 días a partir del último día del plazo de presentación de la oferta, es suficiente para este proceso?

**Respuesta 11:** Tal como se indica en el numeral 11 de la hoja de datos la validez de la garantía de oferta será de 120 días a partir del último día del plazo de presentación de la Oferta.

**Pregunta 12:** Según los puntos C.17 y C.17b, de la hoja de instrucciones a los licitantes, la moneda de presentación de la oferta, puede ser dólares EE.UU. para los bienes suministrados desde el exterior y moneda local para bienes suministrados localmente. Considerando que tenemos bienes para entrega inmediata y al mismo tiempo bienes que serán importados, podemos presentar las dos monedas, según corresponda para cada ítem?

**Respuesta 12:** No, deberá ser presentada en una de las dos monedas

**Pregunta 13:** Podrían ustedes especificar, cuales son documentos sub-sanables para este proceso?

**Respuesta 13:** Los documentos requeridos en el pliego deben ser presentados con la oferta.

**Pregunta 14:** El ítem # 42 para el laboratorio de Biología: Microscopio de Proyección, no especifica la cantidad. Este ítem es parte de la oferta?

**Respuesta 14:** Favor ver respuesta 6

**Pregunta 15:** Los gastos de aduanas vienen por cuenta del PNUD, en este caso para los ítems disponibles para entrega inmediata, cual es el procedimiento a seguir para fines de ofertar?, deben ser presentados sin el impuesto del ITBIS (18%)?

**Respuesta 15:** La propuesta no debe incluir el 18% de ITBIS ya que el PNUD está exento de este cargo.

**Pregunta 16:** En el lote 1 Item 46 y lote 2 Item 47 pHmetro requieren las soluciones buffers para calibrar?

**Respuesta 16:**

**Pregunta 17:** En el lote 1 Item 74 horno de laboratorio, de que tamaño requieren este horno?

**Respuesta 17:** Aprox. 13" x 13" x 13" de Dimensión interior.

**Pregunta 18:** En el lote 1 Item 75 mufla de laboratorio pequeña, que tamaño requieren este equipo.

**Respuesta 18:** Aprox. 5" x 4-1/4" x 6" de dimensión interior

**Pregunta 19:** La garantía de oferta debe hacerse a nombre del PNUD?

**Respuesta 19:** Si

**Pregunta 20:** En que sobre debe consignarse esta garantía, en la oferta técnica o dentro del sobre de la oferta financiera?

**Respuesta 20:** Puede presentarse en cualquiera de los dos sobres

**Pregunta 21:** Laboratorio de Biología, ítem 74 . Horno de convección. Laboratorio de Biología, ítem 75. Horno de Mufla . Laboratorio de Química, ítem 89. Horno de convección. Laboratorio de Química, ítem 90. Horno de Mufla Precisamos conocer el volumen mínimo de estos hornos.

**Respuesta 21:** Aprox. 1.27 pie cubico para horno de convección y 0.07 pie cubico para Mufla pequeño.

**Pregunta 22:** Ph-metro (ítem 46 de BIOLOGIA y 47 de QUIMICA): en un aparato portátil de este tipo el rango de temperatura hasta 80° es demasiado alta y esto puede ser peligroso. Recomendamos que admita un rango de temperatura hasta 60° en lugar de los 80° como piden.

**Respuesta 22:** Admitimos rango de temperatura hasta 60°

**Pregunta 23:** Los términos de pago, fechas de entrega, se pueden retrasar o cambiar o son obligatorios?

**Respuesta 23:** Estas formas de pago y fechas establecidas no son modificables.

**UNIDAD DE ADQUISICIONES**

**PNUD**