

# **Minuta de Reunión**

## **Proceso de Adquisiciones PNUD Invitación a Licitar**

### **IAL/00100857/069/2019 “Adquisición e instalación de una estación de monitoreo de calidad de aire”**

---

**Fecha:** 5-9-2019  
**Lugar:** Sala de Reuniones de SIGOB Piso 8 PNUD, WTC1, UN House Asunción Paraguay  
**Hora:** 14:30 hs – 15:30 hs

---

#### **I. Contexto:**

Se ha invitado a los oferentes a una REUNIÓN INFORMATIVA, del Relanzamiento del llamado, a fin de presentar las modificaciones y aclarar EE.TT.

#### **II. Temas citados, briefing y conclusiones**

**Durante la reunión previa se aclararon los siguientes puntos:**

1. El proyecto eliminó requisito de panel solar, y se añadió un sensor de temperatura conectado a un interruptor para cortar el suministro de energía a los equipos cuando la temperatura interna de la caseta este fuera del rango ideal de funcionamiento – independientemente del estado del funcionamiento del aire acondicionado
2. PNUD recomienda a los oferentes, redactar una descripción de sus ofertas en cada uno de los ítems de las secciones 1 y 2.
3. PNUD recomienda a los oferentes redactar una amplia descripción del detalle de sus ofertas en la sección 3 del Curriculum Vitae, y desglose de precio

**Entre las preguntas presentadas en la reunión previa se tuvieron las siguientes consultas:**

1. ES UN REQUERIMIENTO que el equipo ofertado tenga certificado de UE/EPA?

Se aclaró que SÍ ES UN REQUERIMIENTO que el equipo ofertado trabaje empleando metodologías de medición de EPA/UE, y esto debe demostrarse en el catálogo tal cual fue indicado en los documentos de licitación.

2. ¿Consultan si el aire acondicionado tipo industrial es suficiente una capacidad de 18,000?

Se aclaró que la frase duplicada “Acondicionador de Aire tipo industrial” se refiere a un aparato de 18.000 BTU.

Sin más que agregar, se diò por terminada la reunión previa el mismo día a las 16:00 horas (hora de Paraguay).