

RESUMEN DE ITEM SOLICITADOS

Item	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Cantidad
1	CAMA ARTICULADA MANUAL CON PROTECCION LATERAL	50
2	MESA DE APOYO DE CABECERA CON ALIMENTACION DEL PACIENTE	50
3	CARRO DE PARO	2
4	CARRO DE PROCEDIMIENTO	2
5	CARRO DE CURACION	2
6	CAMILLA ARTICULADA DE TRASLADO	2
7	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	8
8	PORTA SUERO	25
9	CARRO DE ROPA	5
10	SILLONES DE HIDRATACION	50

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Entrega e instalación en cada hospital La empresa ofertante deberá indicar el tipo de instalación o adecuación del área para el buen funcionamiento del mobiliario.	Por cada mobiliario	Unidad	6 hospitales del Area del Gran Asunción	Maximo 5 dias calendario
	Instalacion Inicial				
	Pruebas de Funcionamiento				
	Entrega final				
2	Servicios Post Venta: Mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario en etapa de garantía.	Por cada mobiliario	Unidad	6 hospitales del Area del Gran Asunción	Maximo 5 dias calendario
3	Repuestos El Licitante debe presentar declaración jurada que confirme que cuenta con los servicios técnicos para reponer repuestos del mobiliario	Por cada mobiliario	Unidad	6 hospitales del Area del Gran Asunción	Maximo 5 dias calendario
4	Manuales Entregar manuales de servicio y operación que deben ser proporcionados con el equipo,.	Por cada mobiliario	Unidad	6 hospitales del Area del Gran Asunción	Maximo 5 dias calendario
5	Garantías El periodo de garantía deberá de iniciar a partir de la adquisición del equipo y puesta en marcha del equipo en la Institución.	Por cada mobiliario	Unidad	6 hospitales del Area del Gran Asunción	Maximo 5 dias calendario

ITEM 1	CAMA ARTICULADA MANUAL CON PROTECCION LATERAL
CANTIDAD	50

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	Marca:	
2.	Modelo:	
3.	Año de fabricación	
4.	País de origen:	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Características	Cama de internación para pacientes con colchon articulado
5.2		Angulo en los costados de la cama.
5.3		Manija para la altura ajustable en el rango de 47 cm. a 75 cm.
5.4		Las manijas se pueden ocultarse debajo de la piecera cuando no se usen.
5.5		Ruedas embaladas de 5" de diametro, dos de ellas con freno.
5.6		Con cuatro barandales: dos en la seccion de pies y dos en la seccion de la cabeza, los cuales son plegables y retráctiles.
5.7		Barandales que no dejan espacio intermedio con el colchón.
5.8		Protectores en las cuatro esquinas.
5.9		Pieceras y cabecera esmontables.
5.10		Pieceras y cabecera con sistema de empuje para facilitar el transporte.
5.11		Soporte un peso de 200 kg o mayor.
5.12		Superficie de la cama rigida metálica, con ranuras para colocación de cintas de sujeción del paciente.
5.13		Cuatro orificios para porta soluciones.
5.14		Un porta suero para infusiones.
5.15		Colchon como minimo de 10 cm de espesor como minimo de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente.
5.16		Distribución de la presión en talones.
5.17		Antiinflamable.
5.18		Libre de PVC y látex para evitar reacciones alérgicas.
5.19		Funda sin costuras y de material lavable, impermeable, con cierre para facilitar su limpieza.
5.20		Dimensiones 95 cm ancho, 220 cm. largo +/- 5 cm.
5.21		Con soportes para bolsas de drenado.
5.22		IXP 4 Nivel de protección contra ingreso de fluidos.
5.23		Articuladas para adulto
5.24		Escalerilla de tres peldaños
5.25		Patatas con regatones de goma
5.26		Estructura de acero inoxidable
5.27		Huellas forradas con goma antideslizante
5.28		Manual Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.
5.29		Garantía Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.

ITEM 2	MESA DE APOYO DE CABECERA CON ALIMENTACION DEL PACIENTE
CANTIDAD	50

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Características	Con ruedas y frenos, ajustable a la altura que se necesite, control manual.
5.2		Material: metal
5.3		Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios

ITEM 3	CARRO DE PARO
CANTIDAD	2

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Generales	Carro de paro con cajón, soporte para gotero y 3 planos con barandilla o cajones.
5.2	Construcción	Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
5.3	Características	Fabricado en acero inoxidable Tres planos con barandillas en tres lados o provisto de cajones. Cajón superior. Soporte gotero regulable en altura Tabla de parada (tabla de reanimación) Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno, porta balón de O2 Con equipo de oxígeno - aspiración (Balón de O2, Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador)
5.4	Dimensiones	Dimensiones aproximadas: Ancho: 70 cm +/- 5cm. Profundo: 60 cm +/- 5cm. Alto: 85 cm +/- 5cm.
5.5	Garantía	Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.

ITEM 4	CARRO DE PROCEDIMIENTO
CANTIDAD	2

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Generales	Mesa para almacenamiento y transporte de insumos, medicamentos e instrumentales para curacion
5.2	Caracteristicas	Con ruedas de diametro 0,75 mm o mas, dos de ellas con freno y 2 bandejas
5.3		Estructura del carro (bandejas y barandales) fabricada en acero inoxidable de facil limpieza
5.4		Con altura de bandeja regulable
5.5	Garantia	Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios

ITEM 5	CARRO DE CURACION
CANTIDAD	2

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Generales	Mesa para almacenamiento y transporte de insumos, medicamentos e instrumentales para curacion
5.2	Caracteristicas	Con ruedas de diametro 0,75 mm o mas, dos de ellas con freno y 2 bandejas
5.3		Estructura del carro (bandejas y barandales) fabricada en acero inoxidable de facil limpieza
5.4		Con altura de bandeja regulable
5.5	Garantia	Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios

ITEM 6	CAMILLA ARTICULADA DE TRASLADO
CANTIDAD	2

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Generales	Carro camilla con ruedas, barandillas abatibles, cabecero y porta suero regulables en altura. Registro de Marca vigente expedida por MIC
5.2	Características	Estructura metálica esmaltada.
5.3		Montado sobre 4 patas con ruedas
5.4		Con cabecera ajustable
5.5		Lecho de metálico inoxidable con colchoneta forrado en tela vinilica lavable, regatones plásticos
5.6		Cabecero regulable en altura mediante cremallera
5.7		Soporte de gotero regulable en altura, desmontable.
5.8		Barandillas abatibles Ruedas de 125mm a 150mm, dos con frenos
5.9		Manijas de empuje envolventes
5.10		Medidas aproximadas: 2.00 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm
5.11		Capacidad de trabajo: 200 kg como mínimo
5.12		Cada camilla debera incluir una escalerilla de 3 peldaños con las siguientes características:
5.13		Escalerilla de tres peldaños
5.14		Patas con regatones de goma
5.15		Estructura de acero inoxidable
5.16	Huellas forradas con goma antideslizante	
5.17	Garantia	Garantía de 1 año

ITEM 7	SILLA DE RUEDA PLEGABLE
CANTIDAD	8

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Características	Marco fabricado de acero cromado, de alta resistencia.
5.2		Sistema de fácil plegado,
5.3		Tapizado en cuerina lavable,
5.4		Empuñaduras anatómicas.
5.5		Reposa brazos con tapa tapizado en cuerina acolchada, desmontables,
5.6		Reposa pies desmontables y reclinables, regulables en altura,
5.7		Reposa pantorrillas acolchadas.
5.8		Ruedas traseras con neumáticos de cambio rápido,
5.9		Sensor de freno resorte, eje con rulemanes aros de comando en duraluminio
5.10		Ruedas posteriores de 60 cm y anteriores de 20 cm giratorias en 360 grados.
5.11		Capacidad de peso 150kg o mejor.
5.12		Bolsillo portadocumentos trasero.
5.13	Garantía	Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios

ITEM 8	PORTA SUERO
CANTIDAD	25

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Características Generales y Técnicas:	Construcción acorde con normas internacionales de calidad.
5.2		Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxy.
5.3		Con 4 o 5 ruedas multidireccionales.
5.4		Base desmontables sobre las ruedas.
5.5		Altura regulable con tornillo de sujección.
5.6		Dispositivo Portasuero de 2 servicios.
5.7	Garantia	Garantia de 1 año

ITEM 9	CARRO DE ROPA	
CANTIDAD	5	

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Caracteristicas tecnicas	Carro para traslado de ropa
5.2		Con ruedas con capacidad de 200 kg. Con ruedas y frenos
5.3		Estructura del carro fabricada en acero inoxidable de facil limpieza
5.4		Con manija para traslado
5.5	Garantia	Garantía de un año, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios

ITEM 10	SILLONES DE HIDRATACION
CANTIDAD	50

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	
1.	<i>Marca:</i>	
2.	<i>Modelo:</i>	
3.	<i>Año de fabricación</i>	
4.	<i>País de origen:</i>	
5	Descripcion General y Especificaciones Tecnicas minimas requeridas	
5.1	Características Técnicas	Extracción de sangre o hemoterapia (transfusión o donación
5.2		Características generales:
5.3		secada al horno y con pulido sanitario.
5.4		facilitar desplazamiento.
5.5		abatibles.
5.6		con cuerina natural o sintético, antiestática, de alta resistencia,
5.7		- Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
5.8		Características técnicas:
5.9		- Espesor del acolchado: 60 mm aprox.
5.10		Accesorio:
5.11		* Apoyacabeza anatómico.
5.12		sección del apoya pie.