La Plata, 16 de diciembre de 2021.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

Ref: Proyecto PNUD ARG/16/006 Licitación Pública Internacional N° 07/2021- **"Adquisición de Equipamiento Oftalmológico".-**

Por medio de la presente, se da respuesta a consultas realizadas por potenciales oferentes:

Consulta N° 1: Respecto del LOTE 1: Lámpara de Hendidura con Tonómetro.

Deberá permitir instalar equipo fotográfico… o Se necesita el adaptador incorporado? Si así fuera que cámara fotográfica digital disponen?

Respuesta N° 1: La lámpara de hendidura deberá tener disparador (para toma de fotografías) incorporado al joystick de la misma para tener la posibilidad de añadir, en un futuro, una cámara fotográfica digital (útil para la implementación de programas de seguimiento oftalmológico, mediado por tecnologías digitales y telemedicina).

Consulta N° 2: Respecto del LOTE 2: Autorefractómetro. Punto de fijación Escénico: significado.

Respuesta N° 2: Ver Enmienda N° 3

Consulta N° 3: Respecto del LOTE 2: Autorefractómetro. Lectura objetiva…sistema de prisma rotativo… El sistema de prismas rotativo es exclusivo de un fabricante. Existen otras compañías que desarrollaron sus equipos para realizar mediciones en pupilas pequeñas. Las certificaciones de los cuerpos notificados o FDA, avalan las especificaciones técnicas que se evalúan en el momento de dar por seguro, efectivo y eficaz un dispositivo médico. ¿Existe alguna evidencia que demuestre que este sistema es superior a otros ?

Respuesta N° 3: Ver Enmienda N° 3

Consulta N° 4: Respecto del LOTE 6 : OCT CON ANGIO IMAGENES MULTIMODALES. Debe obtener cortes de OCT de cámara anterior sin colocar lentes adicionales. La limitación de la incorporación de lentes adicionales, no permite obtener mejores imágenes de Segmento Anterior, por ejemplo la Cámara Anterior Completa

Respuesta N° 4: El objetivo de la adquisición del OCT con Angio imágenes multimodales NO es una toma completa de imágenes de la cámara anterior, siendo suficientes la obtención de imágenes de hasta 2,5mm de cámara anterior y teniendo especial interés en el análisis del segmento posterior ocular, permitiendo un análisis general de pacientes con glaucoma y afecciones en la retina.

Consulta N° 5: Respecto del LOTE 6 : OCT CON ANGIO IMAGENES MULTIMODALES. Debe poseer pantalla táctil….Por favor explicar.

Respuesta N° 5: Ver Enmienda N° 3. El hecho de presentar una pantalla táctil que permita la selección de los programas a realizar (para la valoración de glaucoma, retina etc) en dicha pantalla, hace más ágil y dinámico el estudio, optimizando los tiempos entre pacientes y de esa manera optimizando recursos.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

María V. Anadón
Dir. Nacional Alterna
Proy. Arg/16/006
Ministerio de Salud Pcia. Bs. As.