

Plan Estratégico para garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población de la Provincia de Buenos Aires, en todas las etapas de su ciclo de vida

Proyecto Arg/16/006

Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La Plata, 24 de febrero de 2022.

ENMIENDA N° 1

Ref: Proyecto PNUD ARG/16/006
Licitación Pública Internacional N°
01/2022- “Adquisición de Equipamiento
Médico para Prevención de Cáncer
Colonorrectal (CCR)”.-

El comprador ha resuelto modificar el Pliego de la presente solicitud de cotización de acuerdo a lo siguiente:

En la carátula del Pliego, donde dice: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1/2022. Adquisición de Equipamiento Médico para Prevención de Cáncer Colonorrectal (CCR). PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. APERTURA 02 DE MARZO DE 2022, **deberá decir:** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1/2022. Adquisición de Equipamiento Médico para Prevención de Cáncer Colonorrectal (CCR). PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. APERTURA 17 DE MARZO DE 2022.

En la Invitación a Licitación, donde dice: “4. Las ofertas deben ser entregadas en la dirección arriba indicada, a más tardar a las 12 horas del día 02 de marzo de 2022. Las ofertas presentadas en forma tardía serán rechazadas.”, **deberá decir:** 4. Las ofertas deben ser entregadas en la dirección arriba indicada, a más tardar a las 12 horas del día 17 de marzo de 2022. Las ofertas presentadas en forma tardía serán rechazadas.

En los Datos de la Licitación (DDL). Apertura de las Ofertas IAO 19.1, **donde dice:** El acto de apertura de las Ofertas se realizará el día 02 de marzo de 2022 a las 13.00 horas en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo los oferentes participar a través de Google Meet según link que será remitido a los interesados, **debe decir:** El acto de apertura de las Ofertas se realizará el día 17 de marzo de 2022 a las 13.00 horas en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo los oferentes participar a través de Google Meet según link que será remitido a los interesados.

Plan Estratégico para garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población de la Provincia de Buenos Aires, en todas las etapas de su ciclo de vida

Proyecto Arg/16/006

Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En el Anexo V. ESQUEMA DE REQUISITOS. LOTE N° 3: TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA AVANZADA PARA USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES COMPLETA, **donde dice:** G. 10. Con campo de visión de 170° (ó mayor), **deberá decir:** G. 10. Con campo de visión de 140° (ó mayor).”.

En el Anexo V. ESQUEMA DE REQUISITOS. LOTE N° 3: TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA AVANZADA PARA USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES COMPLETA, **donde dice:** H. 5. Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a: 3.2 mm. **deberá decir:** H. 5. Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a: 2.8 mm.

El resto de las cláusulas se mantiene inalterable.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.



Abog. Maria Victoria Anadón
Directora Nacional Alterna
PNUD Proy. Arg 16/006
Ministerio de Salud Prov. Bs. As